



## 产品质检报告单

产品名称	F-12k 培养液	产品货号	GNM21127-5
产品规格	500ml	保质期	12个月
产品批号	23042402	生产日期	2023-04-24
存储条件	2-8°C, 避光保存	运输条件	常温
检验依据	《细胞培养液产品技术要求》	检验日期	2023-04-24

测试项目	标准	实测结果
外观	应为淡红色澄清液体, 无絮状纤维、颗粒杂质	符合规定
pH	应为 7.00-7.40	7.1
渗透压	应为 270-320mOsm/kg	295
内毒素	应为<0.5EU/mL	符合规定
无菌试验	应为细菌阴性	符合规定

结论: 本品按《细胞培养液产品技术要求》标准检验, 结果符合规定。

产品仅用于科研和细胞培养。不应用于人和动物诊断与治疗。

检验员 李家乐

复核员 郭泳麟

日期 2023-04-27

